ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-317	PS/AVG/140347

PRODUCTO
Sistemas Optima XR200amx, Optima XR220amx y Optima XR240amx.
Ver ID de los sistemas afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de rayos X de diagnóstico transportables.

FABRICANTE
GE Medical Systems, LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España S.A. Calle Gobelas 35-37, 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Optima XR200amx, Optima XR220amx y Optima XR240amx, debido a la posibilidad de que el brazo con el tubo de rayos X y el colimador se caiga por un problema en el montaje de la columna de rayos X móvil.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.