MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-321	PS/VBR/139274

PRODUCTO
Dispositivo de ventilación MEDUMAT Standard².
Ver nombres comerciales y números de artículos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania S.L. Avenida del Camino de lo Cortao, 6, nave 3, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados dispositivos de ventilación MEDUMAT Standard², debido a la posibilidad de que se produzcan fugas y desconexiones a causa del movimiento y una manipulación involuntaria durante la ventilación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Suplemento a las instrucciones de uso actualizadas

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: CKZ66WCZP4X2DL69Q713**
Fecha de la firma: 06/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89