ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-323	PS/VBR/140319

PRODUCTO
Cubierta distal de un solo uso. Modelo: MAJ-2315. Referencia: N6192000. UDI-DI: 04953170441271.

FINALIDAD PREVISTA
Cubierta extraíble de un solo uso diseñada para cubrir los componentes mecánicos expuestos en el extremo distal de los modelos de duodenoscopio TJF-Q190V, TJF-Q290V y TJF-Q170V.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U. Plaza de Europa, 29-31, L'Hospitalet de Llobregat, 08908, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de la cubierta distal de un solo uso, modelo MAJ-2315, debido a la posibilidad de desprendimiento inesperado durante su uso con el duodenoscopio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.