MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-324	PS/RJC/140127

PRODUCTO
Aplicación MiniMed Go. Modelos: MMT-8600 (iOS), MMT-8601 (Android).

FINALIDAD PREVISTA
Integra la monitorización continua de glucosa (MCG) en tiempo real con la administración de insulina mediante la pluma inteligente InPen y el sensor Simplera.

VERSION SOFTWARE
1.1.0.

FABRICANTE
Medtronic Minimed, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la aplicación MiniMed Go debido a un problema con el ajuste "Ajustar día y noche" que puede provocar que algunas alertas nocturnas no se activen correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS, 2026/30

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JBM5P5Q1GB9KXJACT4E0**
Fecha de la firma: 06/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89