ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-329	PS/AVG/139944

PRODUCTO
Sistemas Allura y Azurion.
Ver códigos de sistema afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Allura y Azurion de Philips, debido a la posibilidad de pérdida de funcionalidad de imagen, de movimiento motorizado o de datos por la instalación de discos duros con características de rendimiento diferentes a las especificadas por el fabricante legal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.