ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-328	PS/VBR/139184

PRODUCTO
Sistema Cyberknife equipado con el cambiador robótico del colimador Xchange.
Ver UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Radiocirugía estereotáctica guiada por imagen y radioterapia de precisión para tratar lesiones, tumores y otras patologías.

FABRICANTE
Accuray Incorporated, EE.UU.

DISTRIBUIDOR
AB Salud Tecnologia Medical S.L. Calle Proción, Nº 1-3, Planta 0, Oficina C, 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema Cyberknife equipado con el cambiador robótico del colimador Xchange, debido a la posibilidad de que, durante una operación de intercambio de carcasa, la carcasa del colimador no se enganche por completo y se suelte, pudiendo caerse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.