MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-331	PS/VBR/139098

PRODUCTO
Estación central Xhibit, modelo 96102, que utiliza un divisor DisplayPort, modelo 010-1975-00.

FINALIDAD PREVISTA
Monitorización centralizada de los datos procedentes de monitores de pacientes y transmisores de telemetría de Spacelabs Healthcare conectados en red, y generación de alarmas visuales y sonoras.

FABRICANTE
Spacelabs Healthcare, Inc., Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Prhoinsa. Calle Jose Abascal 55, 28003, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del divisor DisplayPort, modelo 010-1975-00, de la estación central Xhibit, modelo 96102, debido a la posibilidad de que no funcione según lo previsto y pueda provocar una degradación o la pérdida total de las señales acústicas y visuales de las alarmas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: V4THL7CM2PL866KGTA84**
Fecha de la firma: 09/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89