DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-342	PS/MBF/140421

PRODUCTO
Catéter guía Climber 6F. Modelo: 3.5EBU. Referencia: GC-P6EB350N.

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionar una vía a través de la cual se pueden introducir dispositivos terapéuticos y de diagnóstico. Está previsto que este catéter se utilice en el sistema vascular coronario o periférico.

Nº LOTE
2402-0087

FABRICANTE
PendraCare International B.V., Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Terumo Europe España S.L., Calle Nanclares de Oca, 5-7, Parque Empresarial A2 Plaza, Edificio 1 Planta baja, 28022 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 2402-0087 del Catéter guía Climber 6F, modelo 3.5EBU y referencia GC-P6EB350N, debido a un posible desprendimiento de la punta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JGB7843K2SR2PJYKR05F**
Fecha de la firma: 13/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89