MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-337	PS/PL/139875

PRODUCTO
Alambre guía HYBRID.
Ver modelos de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Facilitar la colocación de catéteres para uso diagnóstico o terapéutico en el eje vascular intracraneal.

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Balt Extrusion SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Balt Spain Medical S.L., C/ Villarroel, 52, 08011 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados alambres guía HYBRID, debido a la posibilidad de que la variabilidad en el rendimiento del recubrimiento hidrófilo, lo que puede provocar un aumento de la fricción entre el alambre guía y el microcatéter.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: NC5VSD6QWHRDW2Z6SBBB**
Fecha de la firma: 13/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89