MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-338	PS/PL/140586

PRODUCTO
Sistemas de anestesia: Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40, Flow-e y Flow-c.
Ver referencias de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Administración de anestesia al tiempo que se controla la ventilación completa de pacientes sin capacidad de respirar, así como en el apoyo de pacientes con capacidad de respirar limitada.

FABRICANTE
Maquet Critical Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U., C/ Marie Curie, 5 Edificio Alpha 6ªpl, 28521 Rivas Vaciamadrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia Flow-i, Flow-e y Flow-c, debido a la posibilidad de que el agente anestésico no se suministre completamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6N7JCKKTB99J1GWLF29A**
Fecha de la firma: 13/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es