ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-343	PS/AVG/140679

PRODUCTO
Set de calentamiento de fluidos Hotline. Número de referencia: L-70. UDI: 30695085407007.

Nº LOTE
4293568, 4293569, 4326087, 4337724.

FABRICANTE
ICU Medical Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
ICU Medical España. Avda. Transición Española, 24, planta 4 oficina 4.2 edif. Gamma, 28108, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de los sets de calentamiento de fluidos Hotline L-70, debido a la posibilidad de fugas por una aplicación inadecuada de disolventes en la unión del tubo al conector de retorno.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6PBBEDR9HRR7WT533DAD**
Fecha de la firma: 13/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es