MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-345	PS/AVG/140507

PRODUCTO
Módulo de sensor en Y de los ventiladores Servo u /n / u MR. Número de referencia: 6693662

Nº SERIE
21055

FABRICANTE
Maquet Critical Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. Calle de Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2, 28521, Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados módulos de sensor en Y de los ventiladores Servo, debido a que no se les realizaron pruebas de seguridad eléctrica ni de funcionalidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: YEGMH1ZBAHKT6QLWC32E**
Fecha de la firma: 13/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89