MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-348	PS/PL/140790

PRODUCTO
Productos de sutura Surgipro, Surgipro II, Dermalon, V-Loc 90 y 180.
Ver modelos de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Covidien llc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic, C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de las suturas Surgipro, Surgipro II, Dermalon, V-Loc 90 y 180, debido a la posibilidad de perforación o rotura del envase que proporciona la barrera estéril.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JXNWTQJQJ17MG8HPEB04**
Fecha de la firma: 15/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89