MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-350	PS/AVG/140650

PRODUCTO
Cabina de secado GETINGE S-363.
Número de referencia: S-363D400. UDI-DI: 7340153700017W.

Nº SERIE
WAA058609, WAA067612, WAA074540.

FABRICANTE
Getinge Disinfection AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas cabinas de secado GETINGE S-363, debido a un posible desprendimiento de la puerta por el aflojamiento de los tornillos de las bisagras.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: E7KSCWC2SWTYJ7T8GCB2**
Fecha de la firma: 15/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89