MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-353	PS/MJF/136313

PRODUCTO
Calentador °M Warmer. Modelos MWS201 y MWS201W. UDI-DI: 05700002076823.

FINALIDAD PREVISTA
Calentador desechable que forma parte del sistema °M Warmer, destinado a calentar sangre, hemoderivados y fluidos intravenosos antes de su administración.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
MEQU A/S, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR
HOSPITAL HISPANIA; Av. Camino de lo Cortao, 6. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Ampliación de la retirada del mercado de determinados lotes del calentador °M Warmer, debido a la posibilidad de un sobrecalentamiento de dicho calentador que podría causar la fuga de fluidos calientes y provocar quemaduras en la piel del paciente.

INFORMACION ADICIONAL
En marzo de 2026 el fabricante emitió una nota de aviso para informar de la retirada del mercado de determinados lotes del calentador °M Warmer, debido a la posibilidad de que, por un sello mal colocado en la ruta de fluido, este se sobrecalentara y hubiese una fuga de fluidos calientes que provocara quemaduras en la piel del paciente. La AEMPS transmitió esta información el 22 de abril de 2026, alerta 2026-178.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para ampliar el número de lotes afectados por esta retirada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Anexo: Listado de lotes afectados

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: D5FDKB81SVZR95WQ8AF5**
Fecha de la firma: 16/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89