ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-355	PS/AVG/140992

PRODUCTO

Barras de unión de carbono Hoffmann II Micro.
Ver descripciones de producto, números de referencia y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

El Sistema de Fijación Externa Hoffmann II Micro está diseñado para estabilizar fracturas abiertas o inestables, en niños y adultos, del húmero, el codo, la muñeca, la zona maxilofacial, el antebrazo, la mano, el tobillo y el pie.

FABRICANTE

Stryker GmbH, Suiza.

DISTRIBUIDOR

Stryker Iberia S.L. Calle de Sepúlveda 17, 28108, Alcobendas, Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas barras de unión de los sistemas de fijación externa Hoffmann II Micro, debido a la posibilidad de agrietamiento del material de la barra tras los procesos de limpieza y de esterilización, lo que puede afectar a la estabilidad mecánica del sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.