ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-352	PS/PRV/140950

PRODUCTO
Poladus 150 H1 y H2 de Getinge
Ver números de referencia y de UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD DE USO
Esterilización final de dispositivos médicos metálicos y no metálicos reutilizables limpios, enjuagados y secos.

FABRICANTE
MAQUET GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización temporal y advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de los esterilizadores Poladus 150 H1 y H2 de Getinge, debido a que no se ha podido demostrar por completo su eficacia microbicida para determinados materiales.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.