ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-359	PS/MJF/140046

PRODUCTO
Equipo para Cicladora Personal HomeChoice con cassette y 4 líneas. Código: R5C4479.

FINALIDAD PREVISTA
Transferencia de fluidos en el tratamiento de diálisis peritoneal automatizada.

Nº LOTE
Ver números de lotes afectados en el documento "Tabla de Producto Afectado" adjunto.

FABRICANTE
Baxter Healthcare SA, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Vantive Health S.L., Polígono Industrial Sector 14, Pouet de Camilo, 2. 46394 Ribarroja del Turia, Valencia.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de los equipos para Cicladora Personal HomeChoice con casette y 4 líneas, debido a un aumento en la aparición de alarmas, como "Revisión de líneas y bolsas" y "Reposicione cassette 156", mientras se usa la cicladora, cuya repetición puede impedir que el sistema HomeChoice inicie el ciclo de terapia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para profesional sanitario
- Nota de aviso empresa para paciente
- Nota informativa PS, 2026/33
- Tabla de Producto Afectado

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.