ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-364	PS/VBR/141153

PRODUCTO

- Angiodyn Manifold 3 FRR 35BAR. Nº artículo: 5012074. UDI-DI: 4027478018593.
- Angiodyn Manifold 3 ORR 35BAR. Nº artículo: 5012813. UDI-DI: 4027478018890.

FINALIDAD PREVISTA

Regulación de la dirección del flujo de fluido durante procedimientos angiográficos.

Nº LOTE

Todos los productos distribuidos dentro del periodo de vida útil de 36 meses (fechas de fabricación desde julio de 2023 a junio de 2026).

FABRICANTE

B. Braun Melsungen AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

B. Braun Surgical, S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubí, Barcelona.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados Angiodyn Manifold 3 FRR 35BAR y ORR 35BAR, debido a la posibilidad de que la barrera estéril pueda estar comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.