MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-372	PS/AVG/140990

PRODUCTO
Equipos de ventilación para emergencias y transporte de la gama de productos EVE y Oxylog 600.
Ver nombres de producto, referencias y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
Turbina V2.17.1 y V2.17.0

FABRICANTE
Fritz Stephan GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
- Dräger Hispania S.A.U. Calle de la Ribera del Loira, 56-58, 2804, Madrid.
- Leleman S.L. Calle d'Ador, 2, Pobles del Sud, 46026, Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de ventilación para emergencias y transporte de la gama de productos EVE y Oxylog 600, debido a un error de software que puede provocar la administración de una dosis de oxígeno insuficiente en el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: C4PCCWKQFBZPCXJ56D89**
Fecha de la firma: 30/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89