DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-377	PS/MJF/141468

PRODUCTO
Panocell-16, referencia 0002332, UDI-DI: 10888234000242.

FINALIDAD PREVISTA
Identificación de anticuerpos inesperados de grupos sanguíneos eritrocitarios.

Nº LOTE
17453 y 17453Z.

FABRICANTE
Immucor, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Werfen España S.A.U. Plaza Europa, 21-23. 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los lotes 17453 y 17453Z de Panocell-16, referencia 0002332, debido a la posibilidad de que se obtengan reacciones positivas con muestras que contienen Anti-P1 en una célula etiquetada en la lista maestra como negativa para P1.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Lista maestra revisada

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JGXJMZYXL2GRZ8TXABDC**
Fecha de la firma: 31/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89