# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-378 | PS/RJC/141415 |

**PRODUCTO**

- Monitor de paciente BeneVision de la serie N
- Monitor de paciente BeneVision N1
- Monitor de paciente BeneVision de la serie V
- Monitor de paciente de la serie ePM
- Monitor de paciente de la serie uMEC: 6/7/10/12/15/15S/30/60/70/80/100/120/150
- Monitor de telemetría: TMS40/TMS-6016/TM80
- Monitor de paciente BeneView serie T: T1/T5/T5S/T5 O /T6/T8/T9/T9 O
- Monitor de paciente de la serie iMEC
- Monitor de paciente de la serie iPM: 5/6/7/8/10/12/9800
- Desfibrilador/Monitor de la serie uMED
- Desfibrilador/Monitor BeneHeart: D20/D20A/D20C/D30/D50/D50A/D50C/D60/DX/DM
- Desfibrilador/Monitor BeneHeart: D2/D3/D5/D6
- Desfibrilador externo automático BeneHeart D1

**FABRICANTE**

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., China.

**DISTRIBUIDOR**

Mindray Medical España S.L. Edificio Europa III, Calle de San Rafael, 1, 28108, Alcobendas, Madrid.

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad y actualización del manual de operador de determinados monitores y desfibriladores de Mindray debido a que las versiones anteriores del manual carecían de determinados detalles técnicos, lo que podía dar lugar a confusión en relación a las alarmas.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa
- Addendum del manual del operador

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: FZNL31RBD36TARQ6W516**
**Fecha de la firma: 31/07/2026**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89