ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-379	PS/PRV/141001

PRODUCTOS
Sistemas de infusión desechables BD neXus.
Ver nombres de producto, referencias y UDI afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD DE USO
Para la administración de líquidos al sistema vascular del paciente mediante la conexión con una bomba intravenosa.

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD., China.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson España S.A.U. Camino de Valdeoliva s/n 28750, San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de infusión desechables BD neXus, debido a la posibilidad de que la conexión luer macho sea difícil de desconectar y pueda agrietarse o romperse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.