ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-386	PS/PRV/142333

PRODUCTO
Bolsas Smartbag.
Ver nombres de producto y códigos de artículo afectados en el anexo I de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Concentrado líquido con bicarbonato para hemodiálisis.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en el anexo I de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Fresenius Medical Care AG. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Fresenius Medical Care España S.A. Ronda de Poniente 8, Planta Baja (Parque Empresarial "Euronova"), 28760, Tres Cantos, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas bolsas para hemodiálisis Smartbag, debido a la posibilidad de presencia de metal neodimio en las bolsas fabricadas en la línea M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.