MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-385	PS/RJC/142164

PRODUCTO

- cobas t 511 coagulation analyzer. Referencia 06356460001, UDI 07613336118672
- cobas t 711 coagulation analyzer. Referencia 06355790001, UDI 07613336118689

FINALIDAD PREVISTA

Analizadores automáticos de coagulación.

FABRICANTE

Roche Diagnostics GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Roche Diagnostics SLU. Av. Generalitat 171-173 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el uso de los analizadores de coagulación cobas t 511 y cobas t 711 con el tubo Greiner VACUETTE de 3,5 ml para el muestreo de tubos cerrados, debido a una posible detección incorrecta del nivel de líquido que podría dar lugar a resultados incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 8YXPCAMLMB5NWRWL6280**
Fecha de la firma: 06/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89