MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-384	PS/NAM/141775

PRODUCTO
Bomba de infusión BD Alaris GW800.
Ver códigos de producto y UDI-DI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Bomba de infusión volumétrica destinada al uso de personal médico para controlar la tasa y volumen de infusión en cuidados generales y críticos.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
BD Switzerland Sàrl., Suiza.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson S.A. Camino de Valdeoliva s/n, San Agustín del Guadalix, 28750 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y nº de serie de las bombas de infusión volumétricas Alaris GW800 debido a la posibilidad de fallo en la infusión por un problema de corrosión que podría afectar a varios componentes que controlan el funcionamiento de la bomba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 5QN63Y8MLTNE1J1JLDBF**
Fecha de la firma: 06/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89