ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-391	PS/MJF/141809
PRODUCTO Genefill DX.	
FINALIDAD PREVISTA Implante de gel estéril, apirógeno.	
FABRICANTE BioScience GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR SELLAESTHETIC, S.L., C/ Almacil 5, 46920 Mislata, Valencia.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el implante Genefill DX debido a que la inyección de grandes cantidades podría aumentar la probabilidad de que se produzcan reacciones tisulares transitorias conocidas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: NB29WZXFX5CEZW7V605B**
Fecha de la firma: 11/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89