ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-390	PS/PRV/142335

PRODUCTO
Injerto vascular CARDIOROOT Woven.
Ver referencias y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Diseñado para la reparación quirúrgica, la derivación o la sustitución de la aorta torácica o abdominal y las arterias periféricas cuando se requiere una intervención quirúrgica abierta.

FABRICANTE
Intervascular SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias de los Injertos vasculares CARDIOROOT Woven, debido a la posibilidad de que se produzca sangrado durante la implantación, ya que podrían no cumplir las especificaciones de permeabilidad al agua requeridas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.