# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-396 | PS/RJC/142023 |

**PRODUCTOS**

- Healon EndoCoat PRO. UDI-DI: 5050474a000669W. Referencia: 10301012.
- Healon Duet PRO II. UDI-DI 5050474a000679Y. Referencia: 10301016.

**FINALIDAD PREVISTA**

Diseñados para facilitar la cirugía de cataratas con la implantación posterior de una lente intraocular.

**Nºs LOTE**

UB33014, UB33041, UB33057, UB33060, UB33100, UB33190, UB33084, UB33194.

**FABRICANTE**

AMO Uppsala AB, Suecia.

**DISTRIBUIDOR**

JJ Surgical Vision Spain, S.L. Paseo Club Deportivo, Num 1 Parque empresarial La Finca, Edificio 16, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad relacionadas con las soluciones viscoelásticas Healon EndoCoat PRO y Healon Duet PRO II, debido a la posibilidad de que la cánula encuentre resistencia durante la inserción, lo que podría aumentar el riesgo de lesión tisular.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.