ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-400	PS/AVG/142289

PRODUCTOS

- Patient Information Center iX. Número de producto 866389
- Patient Information Center iX Essentials. Número de producto 867093

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de monitorización para recibir, agregar, procesar, visualizar y distribuir formas de onda fisiológicas, parámetros, alarmas y eventos de múltiples pacientes.

VERSIÓN SOFTWARE

4.x

FABRICANTE

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Patient Information Center iX debido a la posibilidad de que entren en un estado inoperativo por un fallo del sistema de vigilancia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.