ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-401	PS/RJC/141969

PRODUCTO

Conjuntos de tubos intravenosos médicos para UCI con cámara de goteo:

- Conjuntos de administración Plum con cámaras de goteo
- Conjuntos de administración intravenosa por gravedad no dedicados con cámaras de goteo
- Conjuntos intravenosos con cámaras de goteo
- Conjuntos oncológicos con cámaras de goteo

FABRICANTE

ICU Medical Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios S.L. Av. de la Transición Española, 24 4ª Pl. (P.E. Omega. Edif. Gamma), 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados conjuntos de tubos intravenosos médicos con cámara de goteo, debido a una posible decoloración en las cámaras de goteo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 1H8SR7HD5894KDVG31A6**
Fecha de la firma: 17/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89