ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-409	PS/MBF/143091

PRODUCTO
Analizadores de la serie iQ200 y analizadores Iris DxU 840m/850m.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Análisis de orina, incluyendo el panel químico de la tira reactiva de orina y el análisis de sedimentos microscópicos.

FABRICANTE
Beckman Coulter Ireland Inc., Irlanda.

DISTRIBUIDOR
- Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia. Plaza Europa 41-43, 4º piso. 08908 L'Hospitalet De Llobregat, Barcelona.
- Beckman Coulter S.L.U., Calle de Valgrande 8. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los analizadores de la serie iQ200 y analizadores Iris DxU 840m/850m debido a la posibilidad de fugas de líquido Lamina.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.