MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-410	PS/PL/142944

PRODUCTO
VITROS Chemistry Products VALP Reagent, número de catálogo 680 1710, UDI-DI: 10758750006748.

FINALIDAD PREVISTA
Mide la concentración de ácido valproico (VALP) en suero y plasma humanos.

Nº LOTE
2511-35-3174, 2511-36-3272 y 2511-37-3554.

FABRICANTE
Ortho-Clinical Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Ortho Clinical Diagnostics Spain S.L.U., C/ Vía de los Poblados 1, 28033 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de los reactivos VITROS VALP, debido a la posibilidad de que se puedan obtener resultados falsamente elevados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: FRDQX86C851591ZFG53A**
Fecha de la firma: 24/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89