ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-412	PS/PL/143019

PRODUCTO
VERIQA RT MonteCarlo 3D.

FINALIDAD PREVISTA
Para la visualización, evaluación y procesamiento digital de conjuntos de datos de imágenes médicas y planes de tratamiento en oncología radioterápica.

VERSION SOFTWARE
A partir de la versión 3.1.18.

FABRICANTE
PTW Freiburg, Alemania.

DISTRIBUIDOR
PTW Dosimetría Iberia S.L., Calle Profesor Beltrán Báguena 4, 46009 Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema VERIQA RT MonteCarlo 3D, debido a la posibilidad de que la interfaz de usuario no muestre la presencia del bolo utilizado en el cálculo de dosis pudiendo dar lugar a una interpretación errónea sobre su uso durante el tratamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 7YYGJKBR87CEKKE4Y2B7**
Fecha de la firma: 26/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89