ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-413	PS/PL/143146

PRODUCTO

Circuitos respiratorios:

- VentStar Resus Neo, nº de referencia MP00310, UDI/GTIN 04048675422358.
- VentStar Resuscitaire, nº de referencia MP00311, UDI/GTIN 04048675422341.

FINALIDAD PREVISTA

Circuito respiratorio de un sólo uso para la conducción de gases respiratorios entre un equipo de anestesia o ventilador y un paciente.

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Dräger Hispania SAU, C/ Ribera del Loira, 56-58 28042 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados circuitos respiratorios VentStar, debido a la posibilidad de que se produzcan fugas por posibles grietas en la manguera.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 3SN5SHE8F53PN7BDSCB3**
Fecha de la firma: 26/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89