DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-415	PS/VBR/141421

PRODUCTO

- TD Navio Midi. Referencia: 1000798
- TD Navio Maxi Referencia: 1000799

FINALIDAD PREVISTA

Facilitar la comunicación a personas con trastornos del habla y del lenguaje mediante el tacto o el seguimiento ocular.

Nº SERIE

- TD Navio Midi: TDNM1-240628000004 al TDNM1-260617070001
- TD Navio Maxi: TDNL1-240904000016 al TDNL1-260617070001

FABRICANTE

Dynavox Group AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Qinera. C/ Pacífic, 51 (local), 08027, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de TD Navio Midi y TD Navio Maxi, debido a la posibilidad de que los componentes internos de fijación de la batería se dañen si el producto sufre una caída fuerte, golpes repetidos o tensiones mecánicas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS, PS 37/2026

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Z32XEE1EE7PKE7H3N0D9**
Fecha de la firma: 27/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89