ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-417	PS/PL/143006

PRODUCTO

MAS Omni-IMMUNE PRO Liquid Assayed Integrated Immunoassay Control:

- Level 1, nº catálogo OPRO-101, UDI: 00884883005327.
- Sample Pack, nº catálogo OPRO-SP, UDI: 00884883005358.

FINALIDAD PREVISTA

Indicado para su uso como control analizado para la monitorización de las condiciones de análisis en múltiples determinaciones en el laboratorio clínico.

Nº LOTE

OPRO29061A y OPRO2906SA.

FABRICANTE

Microgenics Corporation, as part of Thermo Fisher Scientific, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Thermo Fisher Diagnostics S.L.U., Ctra. de Hospitalet, 147, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de MAS Omni-IMMUNE PRO Liquid Assayed Integrated Immunoassay Control, debido a la posibilidad de que exista variabilidad entre viales para el analito de PTH.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.