ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-418	PS/PL/143115

PRODUCTO

Sistema de cementos óseos:

- PALACOS R+G pro 40/60/80
- PALACOS MV+G pro 40/60/80
- COPAL G+C pro 40/80

FINALIDAD PREVISTA

Cemento óseo de polimetacrilato (PMMA) previsto para el anclaje estable de endoprótesis articulares totales o parciales en hueso vivo.

FABRICANTE

Heraeus Medical GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Heraeus Medical GmbH, Alemania.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de cementos óseos PALACOS y COPAL pro, debido a la posibilidad de que se produzcan fugas del monómero líquido del sistema pro y conlleve a una posible irritación ocular por contacto involuntario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.