DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-419	PS/PL/143188

PRODUCTO
Panel BD Phoenix NMIC.
Ver referencias y UDI-DI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Determinación de la susceptibilidad antimicrobiana mediante concentración inhibitoria mínima (CMI) de bacterias anaeróbicas gramnegativas y facultativas pertenecientes al orden Enterobacterales y no Enterobacterales.

FABRICANTE
Becton Dickinson and Company, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson S.A.U, Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados paneles BD Phoenix NMIC CPO Detect 6 pocillos, debido a la posibilidad de obtener resultados erróneos en la clasificación CPO Ambler que podrían conducir a una clasificación incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Z1F8J8DSPVVKYLSSY2D1**
Fecha de la firma: 28/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89