ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-423	PS/PL/143298

PRODUCTO
Sistemas de anestesia Aisys CS2, Aisys CS2 con Et Control y S/5 Aisys.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionar anestesia general por inhalación y ventilación asistida a una gran variedad de pacientes (neonatos, pediátricos y adultos).

FABRICANTE
Datex-Ohmeda Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España SAU, C/Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia Aisys CS2, Aisys CS2 con Et Control y S/5 Aisys, debido a la posibilidad de que se interrumpa la administración de agente anestésico por una activación automática del control de O2 alternativo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.