MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-425	PS/PL/142849

PRODUCTO
Sistemas de Ventilación Percusiva Intrapulmonar (IPV): IPV 1; IPV-1C; IPV-2C; Impulsator; Travel Air; IPV-HC.
Ver referencias, UDI-DI e imágenes de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Proporciona despeje de la vía aérea, expansión y reclutamiento pulmonar, así como el tratamiento y la prevención de la atelectasia pulmonar en pacientes de todas las edades a partir de 2 años.

FABRICANTE
Percussioniare Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Bioline Supply, S.L., C/ Gremio del Cuero 12, 40195 Hontoria, Segovia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de Ventilación Percusiva Intrapulmonar (IPV), debido a que no se pueden utilizar junto con sistemas de administración de anestésicos volátiles ya que podría alterar su administración.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: KRKG1R3QSP65GL57T95F**
Fecha de la firma: 31/08/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89