MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-431	PS/AVG/142501

PRODUCTO
Conjuntos de tubos AHTO y StrykeFlow PS.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Irrigación y aspiración controladas durante procedimientos quirúrgicos.

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
STRYKER ENDOSCOPY, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L. C/ Sepúlveda 17. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de los conjuntos de tubos AHTO y StrykeFlow PS debido a la posibilidad de fuga de líquido desde la pieza de mano.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: XRN3HWPEZZDRV7NEL141**
Fecha de la firma: 02/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89