MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-434	PS/RJC/143511

PRODUCTO
Dispositivo viscoelástico oftálmico (DVO) cohesivo EYEFILL C. EYEFILL C-B. UDI: (01)00757770669356.

FINALIDAD PREVISTA
Material viscoelástico utilizado principalmente en cirugías de catarata y del segmento anterior para mantener la cámara anterior, proteger el endotelio de la córnea y manipular de forma segura los tejidos intraoculares durante la intervención quirúrgica.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Bausch & Lomb Incorporated, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Bausch & Lomb, S.A. Avenida Valdelaparra nº 4, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del dispositivo viscoelástico oftálmico EYEFILL C debido a la posibilidad de que algunos blísteres que contienen las jeringas precargadas presenten daños, lo que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VL2CJXKBZYJ3VWZ5L3A8**
Fecha de la firma: 03/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89