ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-436	PS/EML/143574

PRODUCTO
Intercambiador de calor Quantium PureFlow Standard de alto caudal 3/8 y 3/8 W.
Referencias: HX55V-S0 y HX55V-S0W.

FINALIDAD PREVISTA
Diseñado para utilizarse con un sistema de calentamiento/enfriamiento compatible con el fin de calentar o enfriar la sangre durante procedimientos rutinarios de bypass cardiopulmonar.

FABRICANTE
Spectrum Medical srl, Italia.

DISTRIBUIDOR
Spectrum Medical srl, Via di Mezzo 23, 41037, Mirandola, Italia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los intercambiadores de calor Quantium PureFlow Standard de alto caudal 3/8 y 3/8W, debido a la posibilidad de que se produzcan fugas desde el compartimento de sangre hacia el compartimento de glicol.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.