ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-438	PS/AVG/143561

PRODUCTO
Batería recargable Li-Ion del dispositivo RCP de Corpuls.

FINALIDAD PREVISTA
Equipo para compresiones torácicas electromecánicas en el ámbito de la reanimación cardiopulmonar.

Nº LOTE
A1075843

Nº SERIE
Del A240400001 hasta el A240400216

FABRICANTE
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania, S.L. Avenida del Camino de lo Cortao, 6, nave 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas baterías recargables de los dispositivos RCP de Corpuls, debido a la posibilidad de interrupción o retraso en las medidas de reanimación por un fallo inesperado de la batería.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 4R7FKWKWY6NSVD732240**
Fecha de la firma: 04/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89