# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-440 | PS/PRV/143508 |

**PRODUCTO**

Sistemas de anestesia:

- CARESTATION 850, referencia 1012-9850-000
- CARESTATION 850c, referencia 1012-9855-000

Ver productos afectados en las tablas 1, 2 y 3 de la nota de aviso de la empresa.

**FINALIDAD PREVISTA**

Proporcionan vigilancia anestésica monitorizada, anestesia inhalatoria general y soporte ventilatorio a una amplia gama de pacientes (neonatales, pediátricos y adultos).

**VERSION SOFTWARE**

01SP05, 01SP06, 01SP07, 01SP08

**FABRICANTE**

Datex-Ohmeda, Inc. EEUU.

**DISTRIBUIDOR**

General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia CARESTATION 850 y 850c, debido a la posibilidad de que se produzca un apagado inesperado si se desconecta o falla la alimentación eléctrica de red de corriente alterna (CA).

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.