ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-443	PS/PL/143299

PRODUCTO
Ensayo de proteína C reactiva revisada (RCRP) de Atellica CH.
Nº material Siemens: 11537223, UDI-Di: 00630414610887.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el ensayo de proteína C reactiva revisada de Atellica CH, debido a la posibilidad de obtener resultados falsamente elevados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.