MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-445	PS/MJF/143530

PRODUCTO
Endoprótesis vascular GORE VIABAHN con superficie bioactiva heparinizada PROPATEN.
Ver números de catálogo y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD
Endoprótesis vascular indicada para el tratamiento de lesiones vasculares estenóticas, reestenóticas u oclusivas, accesos vasculares para diálisis, determinados aneurismas y lesiones vasculares traumáticas o yatrogénicas.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
W. L. Gore & Associates Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
W.L. Gore y Asociados S.L., Calle Ciutat de Granada, 17B. 08018, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas endoprótesis vasculares GORE VIABAHN con superficie bioactiva heparinizada PROPATEN, debido a la posibilidad de que la unión de la punta distal sobre el catéter esté fuera de la ubicación prevista.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: P9XQ7RPWH8VMV931K658**
Fecha de la firma: 09/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89