MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-446	PS/MJF/143660

PRODUCTO
Test NADAL Rota-Adenovirus, referencia 481915N-10.

FINALIDAD PREVISTA
Detección cualitativa de antígenos de adenovirus y rotavirus del grupo A en muestras fecales humanas.

Nº LOTE
E2602053

FABRICANTE
nal von minden GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Nirco S.L., Avenida de la Llana, 115-117. 08191 Rubí, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias relacionadas con el lote E2602053 del test NADAL Rota-Adenovirus, referencia 481915N-10, debido a que los tubos de recolección de muestras llenos de búfer incluidos en el kit han sido etiquetados erróneamente con fecha de caducidad del 26 de febrero de 2026, siendo la fecha de caducidad correcta el 26 de febrero de 2028.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: KW5FSYV7AD2GT8LMT409**
Fecha de la firma: 10/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89