MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-447	PS/MJF/143357

PRODUCTO
Sistemas de imágenes de resonancia magnética de Philips
Ver modelos afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
R5 y R11

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A., C/María de Portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de resonancia magnética de Philips, con versiones de software R5 y R11, debido a la posibilidad de que, cuando los parámetros de exploración se personalizan de modo que los requisitos de reconstrucción excedan la memoria disponible del sistema, se interrumpa la exploración durante un examen.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: XGHBXM37Z9BAMETK80D4**
Fecha de la firma: 11/09/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89